



Firmenname _____
 Name, Vorname _____
 Straße, Hausnummer _____
 PLZ, Ort _____
 Telefon _____ Fax _____
 E-Mail _____
 Kundennummer _____

TiBase und ScanPost werden ohne Scanbody geliefert. Diese bitte separat bestellen!

Je nach Anschluss sind folgende Komponenten kompatibel:

Anschluss	Scanbodies für Omnicam ⁴⁾		Scanbodies für Bluecam ⁴⁾		inCoris ZI meso F0,5		inCoris ZI meso F2	
	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück
S	6431311		6431295		6231802		6231828	
L	6431329		6431303		6231810		6231836	

¹⁾ 1x Titanbasis, 1x Abutmentschraube, ²⁾ 2x Abutmentschraube, ³⁾ 1x ScanPost, 1x Abutmentschraube, ⁴⁾ 36x Scanbody

Hersteller / Implantat	Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss	TiBase ¹⁾			Abutment Screw ²⁾			ScanPost ³⁾		
				REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück		
Dentsply Sirona Implants AstraTech Osseospeed EV	3	3.0	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262	AT EV 3.0 S	6586353		
	3,6	3.6	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312		AT EV 3.6	6586270	AT EV 3.6 S	6586361		
	4,2	4.2	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320		AT EV 4.2	6586288	AT EV 4.2 L	6586379		
	4,8	4.8	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338		AT EV 4.8	6586296	AT EV 4.8 L	6586387		
	5,4	5.4	L	AT EV 5.4 GH1 L	6586346		AT EV 5.4	6593714	AT EV 5.4 L	6586395		
Dentsply Sirona Implants Ankylos	A, B, C, D	C/X	S	ANK C/ GH1 S	6586528	15 Ncm	nicht erhältlich		ANK S	6586569		
				ANK C/ GH2 S	6586536							
				ANK /X GH1 S	6586544							
				ANK /X GH2 S	6586551							
				ANK /X GH1 S	6586544							
ANK /X GH2 S	6586551											
Manufacturer / Implant	Implant diameter	Platform	Con-nection	TiBase ^{1),5)}			Abutment Screw ^{2),5)}			ScanPost ^{3),5)}		
				REF	Quantity in units	Tightening torque	REF	Quantity in units	REF	Quantity in units		
Dentsply Sirona Implants Xive	3.0	3.0	S	Xive 3.0 S	6597319	25 Ncm	Xive 3.0	6597434	Xive 3.0 S	6597368		
	3.4	3.4	S	Xive 3.4 S	6597327		Xive 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	6597442	Xive 3.4 S	6597376		
	3.8	3.8	S	Xive 3.8 S	6597335		Xive 3.8 S		6597384			
	4.5	4.5	L	Xive 4.5 L	6597343		Xive 4.5 L		6597392			
	5.5	5.5	L	Xive 5.5 L	6597350		Xive 5.5 L		6597400			
Dentsply Sirona Implants AstraTech Osseospeed TX	3.0	3.0	S	AT TX 3.0 S	6598085	25 Ncm	AT TX 3.0		6598051	AT TX 3.0 S	6598119	
	3.5 S / 4.0 S	3.5 / 4.0	L	AT TX 3.5/4.0 L	6598093		AT TX 3.5/4.0	6598069	AT TX 3.5/4.0 L	6598127		
	4.5 / 5.0 / 5.0 S	4.5 / 5.0	L	AT TX 4.5/5.0 L	6598101		AT TX 4.5/5.0	6598077	AT TX 4.5/5.0 L	6598135		

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Best.-Nr. A3100-M43-B680 - Printed in Germany, Dispo-Nr. 04605-0916-V04



Hersteller / Implantat	Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss	TiBase ¹⁾			Abutment Screw ²⁾			ScanPost ³⁾		
				REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück		
Biomet 3i Certain (Innenverbindung)	3,4	3.4	S	B C 3.4 S	6308048	20 Ncm	B C 3.4, 4.1, 5.0	6460450	B C 3.4 S	6431212		
	4,1	4.1	L	B C 4.1 L	6308097				B C 4.1 L	6431220		
	5	5.0	L	B C 5.0 L	6308121				B C 5.0 L	6431238		
Biomet 3i Außen Sechskant	3,4	3.4	L	B O 3.4 L	6282557	35 Ncm	B O 3.4, 4.1, 5.0	6460468	B O 3.4 L	6431089		
	4,1	4.1		B O 4.1 L	6282565				B O 4.1 L	6431105		
	5	5.0		B O 5.0 L	6282573				B O 5.0 L	6431113		
BioHorizons Innenverbindung	3,0 / 3,8	3.0	S	BH 3.0 S	6532779	30 Ncm	BH 3.0, 3.5, 4.5, 5.7	6561257	BH 3.0 S	6532761		
	3,0/3,5/3,8/4,0/4,6	3.5	L	BH 3.5 L	6532894				BH 3.5 L	6532886		
	4,0/4,6/5,0/5,8	4.5	L	BH 4.5 L	6532951				BH 4.5 L	6532944		
	5,0/5,8/6,0	5.7	L	BH 5.7 L	6536242				BH 5.7 L	6536234		
Nobel Biocare Replace (Drei Kanal Innenverbindung)	3,5	NP	L	NB RS 3.5 L	6282474	35 Ncm	NB RS 3.5, 5.0, 6.0	6460534	NB RS 3.5 L	6430933		
	4,3	RP		NB RS 4.3 L	6282482				NB RS 4.3 L	6430941		
	5	WP		NB RS 5.0 L	6282490				NB RS 5.0 L	6430958		
	6	6.0		NB RS 6.0 L	6282508				NB RS 6.0 L	6430982		
Nobel Biocare Nobel Active (konische Innenverbindung)	3,5	NP	L	NB A 4.5 L	6308188	25 Ncm	NB A 4.5, 5.0	6460484	NB A 4.5 L	6431279		
	4,3 / 5,0	RP		NB A 5.0 L	6308253				NB A 5.0 L	6431287		
Nobel Biocare Brånemark [®]	3,3	NP	L	NB B 3.4 L	6282516	35 Ncm	NB B 3.4, 4.1	6460500	NB B 3.4 L	6431006		
	3,75 / 4,0	RP		NB B 4.1 L	6282524				NB B 4.1 L	6431022		



Hersteller / Implantat				TiBase ¹⁾				Abutment Screw ²⁾			ScanPost ³⁾		
Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss		REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück			
Osstem (USA: Hiossen) Osstem TS (USA: Hiossen ET)	3,5	Mini	L	O TS 3.5 L	6527035	20 Ncm	O TS 3.5	6561208	O TS 3.5 L	6534197			
	4,0/4,5/5,0/6,0/7,0	Standard		O TS 4.0 L	6527043	30 Ncm	O TS 4.0	6561232	O TS 4.0 L	6536846			
Straumann Standard Tissue Level	3,3	NN (3,5 mm)	L	S SO 3.5 L	6284231	35 Ncm	S SO 3.5	6460559	S SO 3.5 L	6431162			
	3,3 / 4,1 / 4,8	RN (4,8 mm)		S SO 4.8 L	6284249		S SO 4.8, 6.5	6460567	S SO 4.8 L	6431170			
	4,8	WN (6,5 mm)		S SO 6.5 L	6284256		S SO 6.5 L	6431196					
Straumann Bone Level	3,3	NC (3,3 mm)	L	S BL 3.3 L	6308154	35 Ncm	S BL 3.3, 4.1	6460542	S BL 3.3 L	6431246			
	4,1 / 4,8	RC (4,1 mm / 4,8 mm)		S BL 4.1 L	6308337		S BL 4.1 L	6431253					
Zimmer Tapered Screw-Vent	3,7 / 4,1	3,5	L	Z TSV 3.5 L	6282581	30 Ncm	Z TSV 3.5, 4.5, 5.7	6460575	Z TSV 3.5 L	6431139			
	4,7	4,5		Z TSV 4.5 L	6282599			Z TSV 4.5 L	6431147				
	6	5,7		Z TSV 5.7 L	6282607			Z TSV 5.7 L	6431154				
Medentika M-Implant	3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0	3.5/5.0	L	MI 3.5 / 5.0 L	6308295	25 Ncm	nicht erhältlich		nicht erhältlich				